

GKV- Spitzenverband

(Empfehlungen gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V)

Kriterienkatalog Version 13 (ab 2.2.21)		
01A10	Milchpumpen	
01A10R	Milchpumpen	
01B10	Sekret-Absauggeräte	
01B10R	Sekret-Absauggeräte	
01C	Hilfsmittel zur Wunddrainage	
01CR	Hilfsmittel zur Wunddrainage	
01D	Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme	
01DR	Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme	
02A	Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutschfeste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättermittel manuell Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer	
02AR	Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutschfeste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättermittel manuell , Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer	
02B	Umblättermittel elektrisch Bedienungssensoren	
02BR	Umblättermittel elektrisch Bedienungssensoren	
02C	Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte	
02CR	Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte	
03A13	Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig	
03A13R	Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig	
03B11	Spritzen und Zubehör Pens	
03B11R	Spritzen und Zubehör Pens	
03C13	Transnasale und perkutane Ernährungssonden Überleitsysteme Mischsysteme Zubehör	
03C13R	Transnasale und perkutane Ernährungssonden Überleitsysteme Mischsysteme Zubehör	
03D13	Elektrisch betriebene Spülsysteme	
03D13R	Elektrisch betriebene Spülsysteme	
03E11	Pumpensysteme	
03E11R	Pumpensysteme	
04AR	Badewannenlifter	
04BR	Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen	
05A5R	Bandagen , Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie)	
05B5R	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	
05CR	Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)	

GKV- Spitzenverband

(Empfehlungen gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V)

Kriterienkatalog Version 13 (ab 2.2.21)		
05ER	Maßgefertigte Leibbinden	
06A	Bestrahlungsgeräte	
06AR	Bestrahlungsgeräte	
07A	Blindenlangstöcke	
07AR	Blindenlangstöcke	
07B	Elektronische Blindenleitgeräte	
07BR	Elektronische Blindenleitgeräte	
07C10	Blindenhilfsmittel	
07C10R	Blindenhilfsmittel	
07D3	Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte)	
07E11	Blindenführhunde	
08AR	Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche	
08B10R	Kopieeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen	
09A	Elektrostimulationsgeräte	
09AR	Elektrostimulationsgeräte	
10AR	Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand- / Gehstöcke Unterarmgehstützen Achselstützen	
10B11R	Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen	
11A	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib- / Rumpfvorsorgung, Ganzkörperversorgung)	
11AR	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib- /Rumpfversorgung, Ganzkörperversorgung)	
11B11	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung)	
11B11R	Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung)	
12A11	Hilfsmittel bei Tracheostoma	
12A11R	Hilfsmittel bei Tracheostoma	
13AR	Hörhilfen	
14A11R	Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen Atemgasbefeuchter CPAP- Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen	
14B13	Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme	
14B13R	Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme	

GKV- Spitzenverband

(Empfehlungen gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V)

Kriterienkatalog Version 13 (ab 2.2.21)		
14C13	Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme	
14C13R	Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme	
14D	Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme	
14DR	Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme	
14E13	Abklopf- und Vibrationsgeräte In- /Exsufflator	
14E13R	Abklopf- und Vibrationsgeräte In- /Exsufflator	
14FR	Sauerstofftherapiegeräte	
14G13R	Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basisgeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen	
15A10	Inkontinenzhilfen außer Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität	
15A10R	Inkontinenzhilfen außer Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität	
15B	Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität	
15BR	Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskelaktivität	
16A13	Kommunikationshilfen	
16A13R	Kommunikationshilfen	
16B	Signalanlagen für Gehörlose	
16BR	Signalanlagen für Gehörlose	
17A11R	Medizinische Kompressionsstrümpfe	
17B13R	Medizinische Kompressionsstrümpfe ohne Bein	
17CR	Hilfsmittel zur Narbenkompression	
17DR	Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)	
17E	Apparate zur Kompressionstherapie	
17ER	Apparate zur Kompressionstherapie	
18A11R	Kranken- / Behindertenfahrzeuge Rollstühle mit Sitzkantelung Pflegerollstühle	
18B11R	Toilettenrollstühle Duschrollstühle	
19A11R	Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) N.N. (Stretch-Lifter)	

GKV- Spitzenverband

(Empfehlungen gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V)

Kriterienkatalog Version 13 (ab 2.2.21)		
19B11B	Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme N.N. (Ex tremitätenspreizer) Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Sonstige Pflegehilfsmittel	
19B11R	Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme N.N. (Extremitätenspreizer) Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Sonstige Pflegehilfsmittel	
20A3R	Lagerungsschalen für Arme Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder	
20B10R	Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskeile Therapiehilfen	
20CR	Beinlagerungshilfen	
20DR	Therapieliegen bei Mukoviszidose	
20ER	Sitzringe	
20FR	Lagerungshilfen , individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)	
20G10R	Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)	
21A	Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall - Überwachungsgeräte für Epilepsiekranken	
21AR	Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranken	
21B10	Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten	
21B10R	Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten	
22A8R	Umsetz- und Hebehilfen Aufstehhilfen / - vorrichtungen für Sessel / Stühle	
22B11R	Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei- / Dreiräder und Zubehör	
23A3R	Orthesen , industriell hergestellt, ohne Anpassung	
23B3R	Orthesen, industriell hergestellt , mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)	
23C10R	Orthesen, industriell hergestellt , mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie) Lagerungsschalen für Fuß / Unterschenkel	
23D10R	Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklich relevanter Anpassung (Versorgungen oberhalb des Knies)	
23ER	Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)	
23G11R	Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)	

GKV- Spitzenverband

(Empfehlungen gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V)

Kriterienkatalog Version 13 (ab 2.2.21)		
23H11R	Motorgetriebene Gehapparate	
24A11R	Prothesen Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)	
24B11R	Prothesen Beinprothesen	
25A13R	Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen	
25B13R	Schieltherapeutika	
25CR	Okklusionspflaster Uhrglasverbände	
25DR	Kontaktlinsen	
25ER	Vergrößernde Sehhilfen Leseständer	
25FR	Elektronisch vergrößern de Sehhilfen Leseständer	
26A11R	Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)	
26B11R	Sitzschalen, konfektioniert Therapiestühle / -sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesenstühle Fahrgestelle für Sitzschalen / Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder	
27A	Sprechhilfen	
28AR	Stehhilfen	
29A	Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen	
29AR	Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen	
31AR	Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker Schuhzurichtungen, Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein	
31CR	Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein	
31DR	Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanziehhilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein	
31ER	Orthopädische Zurichtung am konfektionierten Schuh	
32AR	Therapeutische Bewegungsgeräte	
32BR	CPM- Motorbewegungsschienen	
33AR	Toilettenhilfen	
34A10R	Haarersatz, konfektioniert	
34B10R	Haarersatz, individuell gefertigt	
35A10R	Epithesen (Hals- / Kopfbereich)	
35B10R	Epithesen (Leib / Rumpf)	
36A10R	Augenprothesen aus Glas	
36B10R	Augenprothesen aus Kunststoff	
37A10R	Brustprothesen	
38A11R	Armprothesen	

GKV- Spitzenverband

(Empfehlungen gemäß § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V)

Kriterienkatalog Version 13 (ab 2.2.21)		
99AR	Kopfschutzhelme / - bandagen, konfektionierte Produkte	
99BR	Kiefermuskeltrainer	
99CR	Erektionsringe	
99DR	Vakuum-Erektionssysteme	
99ER	Vaginaltrainer	
99HR	N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herztätigkeit)	
99I8R	Läuse- und Nissenkäme	
99K11R	Schutzringe für Brustwarzen	

Begehungspflichtig Behinderten gerechte Toilette

Behindertengerechte Toilette:

Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen.

Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein.

Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein.

Unter dem Waschtisch muss Beinfreiraum vorhanden sein.

Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 46 - 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden.

Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. Ein Notruf (Schalter / Knopf oder Zugschnur) ist zu installieren. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)

Behindertengerechter Zugang:

Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben.

Untere Türanschläge und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen.

Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)

.....
Datum

.....
Unterschrift